

# Hjertestarter servicereport

## Hjertestarter

Model: AED Plus DK (Pictured Cover)

Serienr.: X15H778933

## Kunde

Navn: E/F MATR. NR. 3Q Bagsværd

Mail: bestyrelsen@133.dk

Adresse: Bagsværdvej 133 E

Postnr. & by: DK-2800

Telefon:

Placering: På gavl af blok ud mod p-plads

Kontaktperson: Erik Reifling

Mail til kontaktperson: erik@reifling.net

## Service udført den 12-01-2023

✓ Visuel kontrol af hjertestarter

✓ Kontrol af RFU-indikator

✓ Batteri: Batteri Kontrolleret

✓ Batterikapacitet: 61 %

✓ Stødpads: Voksenpads kontrolleret

✓ Stødpads og batteri udløb: 24-07-2025

✓ Software kontrolleret: Version 6.32

✓ Hjertestarter rengjort og klar til brug

✓ Data udlæst

✓ Kontrol af hjertestarterskab

✓ Vejledning i kontrol af hjertestarter og -skab

## Bemærkninger

## Servicereport udarbejdet

12. januar 2023  
Dato

Jean Sørensen  
Hjertevagt