

Hjertestarter servicereport

Hjertestarter

Model: AED Plus DK (Pictured Cover)

Serienr.: X15H778933

Kunde

Navn: E/F MATR. NR. 3Q Bagsværd

Mail: bestyrelsen@133.dk

Adresse: Bagsværdvej 133 E

Postnr. & by: DK-2800

Telefon:

Placering: På gavl af blok ud mod p-plads

Kontaktperson: Erik Reifling

Mail til kontaktperson: erik@reifling.net

Service udført den 08-01-2024

✓ Visuel kontrol af hjertestarter	✓ Kontrol af RFU-indikator
✓ Batteri: Batteri Kontrolleret	✓ Batterikapacitet: 43 %
✓ Stødpads: Voksenpads kontrolleret	
✓ Stødpads og batteri udløb: 24-07-2025	✓ Software kontrolleret: Version 6.32
✓ Hjertestarter rengjort og klar til brug	✓ Data udlæst
✓ Kontrol af hjertestarterskab	✓ Vejledning i kontrol af hjertestarter og -skab

Bemærkninger

Servicerapport udarbejdet

8. januar 2024

Dato

Jean Sørensen

Hjertevagt